


**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1720**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 3 z/of 04.01.2023

Akredytacja cofnięta w całości zakresu
z dniem: 20.06.2024 r.
Accreditation withdrawn in the full scope from: 20.06.2024.

| | |
|---|---|
|  AB 1720 | Nazwa i adres / Name and address MED-FIZ Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 220 pawilon 3 lokal 109 43-316 Bielsko-Biała |
| Kod identyfikacyjny / Identification code^{*)} | Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: |
| – N/14 | – Badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego – urządzenia radiologiczne / Test of physical properties medical equipment – radiological equipment |

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU**

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1720 z dnia 07.07.2020 r.
Cykl akredytacji od 24.06.2019 r. do 23.06.2023 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1720 of 07.07.2020
Accreditation cycle from 24.06.2019 to 23.06.2023
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

| Med-Fiz Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 220 pawilon 3 lokal 109, 43-316 Bielsko-Biała | | |
|--|--|--|
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej | Testy specjalistyczne | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-OD/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |
| Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej | | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-OD/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |
| Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej | | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-STM/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |
| Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej | | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-STM/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |
| Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych | | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-STM/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |
| Urządzenie stosowane w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej | | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-OD/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |
| Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej | | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-OD/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |

Wersja strony: A

| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
|---|--|---|
| Urządzenia stosowane w mammografii analogowej | Testy specjalistyczne | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-MM/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |
| Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej | | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-MM/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |
| Urządzenia stosowane w tomografii komputerowej | | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-TK/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |
| Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych | | Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2759) PP-MON/03 wydanie 3 z dnia 31.12.2022 |

Wersja strony: A


**Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1720**

Status zmian: wersja pierwotna - A

AKREDYTACJA COFNIĘTA

Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAN EMISJI W ŚRODOWISKU**



MARCIN BEKAS
dnia: 20.06.2024 r.